

附件：

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： 许国生	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 河源市中医医院	
项目信息	项目名称：河源市人民医院联影 40 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员 论证意见	河源市人民医院 40 排 CT 为 UCT530，现因设备维修需求采购球管，CT 球管作为 CT 的重要结构及组件，与整机一同注册因此维修更换只能使用原厂同型号球管。 为保证医院设备性能不影响，保障设备安全运行，满足临床需求，建议本项目采用单一来源采购。	
专业人员 签字	许国生	日期 2025 年 8 月 4 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件：

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： 李健	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 河源市人民医院放射科CT室	
项目信息	项目名称：河源市人民医院联影 40 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员 论证意见	CT球管作为CT设备的最主要组件，其设备的参数及匹配成为设备稳定运行的最重要因素。由于设备为联影CT uCT530，故建议上海联影医疗科技股份有限公司生产的球管配件为其采购公司。保障该设备的稳定性、精确性。	
专业人员 签字	李健	日期 2025 年 8 月 4 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件：

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名：何小宁	
	职称：副主任医师	
	工作单位：东源县疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称：河源市人民医院联影 40 排 CT 球管采购项目	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员 论证意见	一、该院现使用的CT球管（联影）40排螺旋CT（CT530），其设备功能强大，技术复杂，该球管只有上海联影医疗科技股份有限公司能提供原厂正取球管，具有唯一性和不可替代性。 二、为了该院业务正常运行，减少投资成本，使用原厂生产的球管能与CT机的技术参数兼容，能保障设备的稳定性。 三、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条第（一）项此项目满足“只能从唯一供应商处采购”的条件。 综上所述，建议以单一来源采购方式购入原厂生产的CT球管。	
专业人员 签字	何小宁	日期 2025年8月4日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。